

Stazione di rilevamento di ConSerVCO – Gravellona Scuole



Codice 3096-800 **Codice CEE**

Indirizzo

COP di riferimento: ARPA di NOVARA

UTM_X: 456120

UTM_Y: 5086700

Altitudine: 210

Data inizio attività: 06-01-1998

Descrizione: stazione privata attualmente non funzionante

Strumenti

Componenti	Strumento	Metodo
CH ₄ (Methane)		
CO (Carbon monoxide)	API-300	infrared-absorption
HCl (hydrochloric acid)		
NM-VOC (Total non-methane volatile organic)		
NO (Nitrogen monoxide)	API-200	chemiluminescence
NO ₂ (Nitrogen dioxide)	API-200	chemiluminescence
NO _x (Nitrogen oxides)	API-200	chemiluminescence
O ₃ (Ozone)	API-400	UV absorption
SO ₂ (Sulphur dioxide)	API-100	fluorescence
TSP (Total suspended particulates)		





ConSerVCO Gravelona - Villette

ConSerVCO Gravelona - Scuola