

Stazione di rilevamento di Edipower Castagneto



Codice 1064-802 **Codice CEE**
Indirizzo Castagneto – Località Monpilotto

COP di riferimento: ARPA di TORINO

UTM_X: 412431

UTM_Y: 5001692

Altitudine: 522

Data inizio attività: 29-09-2004

Descrizione: Rete privata centrale termoelettrica EDIPOWER (Chivasso).

Strumenti

Componenti	Strumento	Metodo
SO ₂ (Sulphur dioxide)	Teledyne Instruments API model 100E	Fluorescenza UV
NO (Nitrogen monoxide)	Teledyne Instruments API model 200E	chemiluminescenza
NO ₂ (Nitrogen dioxide)	Teledyne Instruments API model 200E	chemiluminescenza
NO _x (Nitrogen oxides)	Teledyne Instruments API model 200E	chemiluminescenza
O ₃ (Ozone)	Teledyne Instruments API model 400E	Assorbimento raggi UV
PM ₁₀ (Suspended particulates < 10 mm)	Opsis SM2000	Assorbimento a raggi beta
PM _{2.5} (Suspended particulates < 2.5 mm)	Opsis SM2000	Assorbimento a raggi beta
HCNM Hydrocarbon No Methane	Syntech Spectras MNMTHC GC955	Gasromatografo a ionizzazione di fiamma (FID)





sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria

DIREZIONE TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE
PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI
SETTORE RISANAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO

