

Stazione di rilevamento di



E.ON - CANTAVENNA

Codice 6077-800 **Codice CEE**
Indirizzo **GABIANO (AL) c/o cimitero di Cantavenna**
COP di riferimento: ARPA di ALESSANDRIA
UTM_X: 439308
UTM_Y: 5001235
Altitudine:
Data inizio attività: 22-09-2006
Descrizione: rete privata della centrale termoelettrica e-ON di Trino (VC)

Strumenti

Componenti	Strumento	Metodo
NO (Nitrogen monoxide)	Thermo Electron 42i	chemiluminescenza
NO ₂ (Nitrogen dioxide)	Thermo Electron 42i	chemiluminescenza
NO _x (Nitrogen oxides)	Thermo Electron 42i	chemiluminescenza
CO (Carbon monoxide)	API-300	assorbimento infrarosso
PM ₁₀ (Suspended particulates < 10 mm)	UNITEC LSPM10	nefelometria
O ₃ (Ozone)	Thermo Electron 49i	assorbimento UV
CH ₄ Methane	Thermo Electron 55C	ionizzazione di fiamma
HCNM Hydrocarbon No Methane	Thermo Electron 55C	ionizzazione di fiamma



sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria

DIREZIONE TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE
PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI
SETTORE RISANAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO

